



Warszawa, dnia 3 lutego 2022 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wirówki laboratoryjnej na potrzeby Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza Polskiej Akademii Nauk. Oznaczenie sprawy: DT.OT/220/04/2022.

W dniu 1 lutego 2022r. jeden z Wykonawców zwrócił się do Zamawiającego z zapytaniami o wyjaśnienie treści Istotnych Warunków Zamówienia (dot. Załącznika nr 1 do IWZ - Opis przedmiotu zamówienia).

W związku z powyższym, Zamawiający wyjaśnia co następuje.

1. Dot. Pkt. 19: Czy Zamawiający dopuści wirówkę o wymiarach (szer. x głęb. x wys.) : 68 x 58 x 32 cm , a wysokość z maksymalnie otwartą pokrywą to 80 cm ?

Wyjaśnienie Zamawiającego

TAK

2. Dot. Pkt. 15 i 16 : Czy Zamawiający uzna , że zostaną spełnione te punkty , jeśli rotor na mikroplątce ma uniwersalne 2 zawieszki na wszystkie z podanych rodzajów mikroplątek, tzn. zamiennie możemy w nie włożyć 2 x 4 szt. standardowych mikroplątek (MTP) lub 2 x 1 szt. płytki deepwell (DWP) ?

Wyjaśnienie Zamawiającego

TAK

3. Dot. Pkt. 12 i 13 : Czy Zamawiający uzna za spełnione te punkty, jeśli do rotora stałokątowego na 30 szt. probówek 1,5 i 2 ml, wchodzi te probówki bezpośrednio, bez konieczności stosowania adapterów ?

Wyjaśnienie Zamawiającego

TAK